

## POLIMORFISMO \*39 AG ESR2 (A1730G)

## CATALOGO

REF: GEN-022-25 Codice RDM: 1730075/R Test: 25 Reazioni: 31 Codice CND: W0106010499 Produttore: BioMol Laboratories s.r.l.

## CONTENUTO DEL KIT

Il kit è composto da: reagenti per la amplificazione in Real-Time PCR \*non forniti nel kit i reagenti per la estrazione di DNA genomico.

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Determinazione del polimorfismo A1730G (\*39 A/G) del gene ESR2mediante tecnica Real-Time PCR. Kit ottimizzato per strumentazione Real-Time PCR Biorad CFX96, Biorad Opus Dx, Agilent AriaDx.

## **BASI SCIENTIFICHE**

Per i geni ESR1 e ESR2 esistono molteplici SNPs le cui combinazioni genotipiche spiegano la variabilità dei recettori in termini di qualità e di quantità. Per il gene ESR1 (6q25) il polimorfismo più studiato è il polimorfismo -397 T/C (rs2234693) localizzato nell'introne 1 del gene. Tale polimorfismo è anche chiamato polimorfismo Pvull, classificato come Pp, a seconda della presenza o dell'assenza del sito di restrizione. Il nucleotide T è anche definito allele p, mentre il nucleotide C è definito allele P. Il genotipo PP (CC) è associato con una disfunzione del recettore con risposta ridotta agli estrogeni.

Per il gene ESR2 il polimorfismo più studiato è localizzato nella regione 3'UTR del gene, a livello del nucleotide 1730 (1730 A→G) (rs4986938), ed è riconosciuto dall'enzima di restrizione Alul. Tale polimorfismo è anche conosciuto come \*39 A+G. Il genotipo \*39GG è associato ad una ridotta risposta agli

La presenza di tali varianti polimorfiche rappresenta un fattore di suscettibilità per molteplici condizioni quali il rischio di sviluppare patologie tumorali (carcinoma della mammella, del colon-retto, della prostata), malattie neurodegenerative (Parkinson, Alzheimer) e stato di fertilità della coppia.

§ Differential association of ESR1 and ESR2 gene variants with the risk of breast cancer and associated features: A case-control study. Gene. 2018 Apr 20; 651:194-199. Epub 2018

§ A Study on the Role of Estrogen Receptor Gene Polymorphisms in Female Infertility. Genet Test Mol Biomarkers 2016 Nov;20(11):692-695. Epub 2016 Aug 30.

## SIGNIFICATO CLINICO

I recettori degli estrogeni (ER) sono membri della grande superfamiglia di recettori nucleari attivati da ligando. A oggi sono state identificate due isoforme recettoriali: ERa (gene ESR1) ed ERb (gene ESR2). Entrambi i recettori appartengono alla superfamiglia dei recettori nucleari, ma sono sintetizzati da geni diversi e possiedono struttura e funzioni peculiari.

Il gene ESR1 è situato sul cromosoma 6 e codifica per la proteina ERa, abbondantemente espressa nel fegato, nel tessuto adiposo, nella mammella e nel sistema cardiovascolare.

Il gene ESR2 codifica per la proteina ER- $\beta$  ed è localizzato sul cromosoma 14q23.1. ER- $\beta$  è espresso in molti tessuti tra cui l'utero, i monociti ed i macrofagi tissutali, le cellule epiteliali polmonari e del colon e nell'epitelio prostatico e nelle controparti maligne di questi tessuti. Inoltre, ER-β è espresso in tutto il cervello a diverse concentrazioni in relazione alle aree neuronali.











# POLIMORFISMO \*39 AG ESR2 (A1730G)

### CATALOGO

REF: GEN-022-25 Codice RDM: 1730075/R Test: 25 Reazioni: 31 Codice CND: W0106010499 Produttore: BioMol Laboratories s.r.l.

### CONTENUTO DEL KIT

Il kit è composto da: reagenti per la amplificazione in Real-Time PCR \*non forniti nel kit i reagenti per la estrazione di DNA genomico.

### CONTENUTO DEL KIT

DESCRIZIONE	ETICHETTA	VOLUME	CONSERVAZIONE
		GEN-022-25	
Mix oligonucleotidi e sonde	Mix *39 A/G ESR2 10X	1 x 85 µl	-20°C
Mix buffer ed enzima Taq polymerase	Mix Real-Time PCR 2X	1 x 425 µl	-20°C
H₂O deionizzata	H₂0 deionizzata	2 x 1 ml	-20°C
DNA genomico o DNA ricombinante	Control + 1	1 x 22 µl	-20°C
DNA genomico o DNA ricombinante	Control + 2	1 x 22 µl	-20°C
DNA genomico o DNA ricombinante	Control + 3	1 x 22 µl	-20°C

### CARATTERISTICHE TECNICHE

## COD. GEN-022-25

STABILITÀ	18 mesi
STATO DEI REAGENTI	Pronti all'uso
MATRICE BIOLOGICA	DNA genomico estratto da sangue intero, da tessuto, da cellule
CONTROLLO POSITIVO	DNA ricombinante per almeno 3 sedute analitiche
STRUMENTI PCR REAL TIME VALIDATI	Biorad CFX96 Dx, Biorad Opus Dx e Agilent AriaDx
TECNOLOGIA	Real-time PCR; oligonucleotidi e sonde specifiche; 2 canali di fluorescenza FAM/HEX
TEMPO DI ESECUZIONE	85 min
PROFILO TERMICO	1 ciclo a 95 °C (10 min); 45 cicli a 95 °C (15 sec) + 60 °C (60 sec)
SPECIFICITÀ ANALITICA	Assenza di appaiamenti aspecifici di oligonucleotidi e sonde; assenza di cross-reattività
SENSIBILITÀ ANALITICA: LIMIT OF DETECTION (LOD)	≥ 0,016 ng di DNA
SENSIBILITÀ ANALITICA: LIMIT OF BLANK (LOB)	0% NCN
RIPRODUCIBILITÀ	99,9%
SPECIFICITÀ DIAGNOSTICA/SENSIBILITÀ DIAGNOSTICA	100%/98%



